



EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir
We

CS Instruments GmbH & Co.KG
Zindelsteiner Straße 15 , 78052 Villingen-Schwenningen

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Declare under our sole responsibility that the product

Feuchte- und Taupunkttransmitter FA 515 Ex

Humidity/ Dew point sensor

Kennzeichnung
Labelling



II 2G Ex ib IIC T4 Gb

II 2D Ex ib IIIC T80°C Db

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

To which this declaration relates is in conformity with the following standards or normative documents.

EN IEC 60079-0:2018

Allgemeine Anforderungen
General requirements

EN 60079-11:2012

Eigensicherheit „i“
Intrinsic safety „i“

Gemäß der Bestimmungen der Richtlinie

Following the provisions of Directive

2014/34/EU

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

2014/34/EU

Devices and protective systems for intended use within highly combustible ranges

EG-Baumusterprüfbescheinigung PTZ 17 ATEX 0003 X Rev. 2 erteilt von

EC-Type Examination PTZ 17 ATEX 0003 X Issue 2 given of

CSA Group Netherlands B.V., Utrechtseweg 310, Building B42,
6812AR, Netherlands

Tannheim, den 27.10.2022


Wolfgang Blessing Geschäftsführer