Étalonnage de capteurs à point de rosée

Prestations d'étalonnage en point de rosée sur la gamme -80 °Ctd à 20 °Ctd

Nous pouvons étalonner à la fois nos capteurs de point de rosée, mais également ceux d'autres fabricants. Notre laboratoire est équipé d'hygromètres étalons de haute précision. Nous sommes en mesure de délivrer des certificats d'étalonnage raccordés DKD ou accrédités BAM et garantissons une incertitude de 0,1 °C de point de rosée.

Avantage
Grâce à la liaison numérique, seul le capteur de point de rosée doit être étalonné. Ainsi, nul besoin de calibrer les stations d'affichage, qui peuvent rester sur site.

Étendue d'étalonnage : de -80 à 20 °Ctd -
Incertitude de la référence DKD : 0,1 °Ctd



Flacon de vérification et d'étalonnage

Les flacons de vérification et d'étalonnage mettent à disposition une humidité définie grâce à différentes solutions salines saturées.

Le flacon de vérification et d'étalonnage est vissé sur le capteur de point de rosée. Il permet, ainsi, une vérification sur site simple et économique jusqu'à -20°C de point de rosée.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Étalonnage de précision à -40 °Ctd ou 3 °Ctd avec certificat ISO	0699 3333
1 point d'éalonnage supplémentaire au choix compris entre -80...20°Ctd	0700 7710
Flacon de vérification et d'étalonnage 11,3 % HR	0554 0002
Flacon de vérification et d'étalonnage 33 % HR	0554 0004
Flacon de vérification et d'étalonnage 75,3 % HR	0554 0005
Étalonnage de précision à -40 °Ctd ou 3° Ctd avec certificat ISO	0699 3396
Appareil de remplacement pendant la durée de l'étalonnage	0699 3900
Échange standard anticipé avec certificat d'étalonnage à -40°Ctd	0699 3990